

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN EQUIPO LECTOR DE PLACAS MULTIMODO PARA PODER DETERMINAR SEÑALES DE TRANSFERENCIA DE LA ENERGÍA MEDIANTE RESONANCIA BIOLUMINISCENTE (BRET)

Fecha: 14 de noviembre 2018

Pregunta: En la página 2 del PPT se establece que al lector se le podrán incorporar como accesorios de manera modular y sin intervención de personal de servicio técnico un módulo de 2 inyectores, con capacidad de purga hasta un 90%, para limpieza y recuperación del volumen muerto y un módulo de control de gases para CO₂ y O₂. Ambos módulos no estarían integrados en el lector para que el usuario pueda acoplarlos o no según su conveniencia. ¿Es obligatorio incluir en la propuesta el módulo de gases?

Respuesta: El objeto de la licitación es el suministro de un equipo lector de placas multimodo y por tanto, en la oferta económica únicamente habrá que contemplar el precio del mencionado equipo. No obstante, es un requisito técnico imprescindible que el equipo ofertado incluya la posibilidad de adquirir ambos módulos e integrarlos en el equipo.